

DRÄGER · ALCOHOLTESTERS

Alcotest 7000



De Dräger Alcotest 7000 is een professionele ademalcoholtester met twee testmethoden: mondstuk en blaastrechter. Hij moet eenmaal per jaar worden gekalibreerd, werkt van -10°C tot 55°C en meet tot 3 mg/l. Hij maakt via Bluetooth verbinding met de Dräger Mobile Printer BT en slaat 10.000 testresultaten op.

- 01** Twee testmethoden: mondstuk en blaastrechter
- 02** Kalibratie om de 12 maanden
- 03** Bedrijfstemperatuur -10°C tot 55°C
- 04** Draadloos printen via Bluetooth Low Energy
- 05** Elektrochemische brandstofcelsensor, IP54

Technische gegevens

MERK	Dräger
MODEL	Alcotest 7000
SENSOR	Elektrochemisch (brandstofcel)
MEETBEREIK	tot 3 mg/l
PASSIEVE TEST (ZONDER MONDSTUK)	Ja
MONDSTUK	Dräger Alcotest mondstuk / blaastrechter
TIJD TOT RESULTAAT	3 tot 25 seconden
GEHEUGEN / PRINTER	10000 testen
KALIBRATIE-INTERVAL	12 maanden
BATTERIJ	Ingebouwde lithiumbatterij of 3xAA-LR6 / 3x NiMH/ 3x primaire lithiumbatterijen
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-10-55 °C
COMPATIBELE MONDSTUKKEN / PRINTERS	Dräger Mobile Printer BT

Normen

NORM

EN 15964

Certificaten

OVERIG

CE-markering

OVERIG

NHTSA wettelijk bewijs

OVERIG

Australië

OVERIG

German Lloyd

OVERIG

Amerikaanse kustwacht